



## Nyt fagstof

### Lager og logistikmodul

Afsnittet indeholder nu det længe ventede kapitel om mikrobiologi og infektionshygiejne.

### Genbehandling – speciel

I afsnittet er tilføjet et nyt kapitel om **mærkning af instrumenter – metoder og systemer.**

+10 nye testspørgsmål om mærkning af instrumenter

### Genbehandling – fleksible endoskoper

Modulet om fleksible endoskoper er udvidet og suppleret med indhold fra DS/EN 16442:2015; Opbevaringsskabe i kontrolleret miljø til klargjorte termolabile endoskoper omkring, vedligeholdelse, validering og revalidering. Samtidig er nye metoder til vakuumemballering af fleksible endoskoper beskrevet. Endelig er modulets struktur ændret.

+10 nye testspørgsmål om tørreskabe

### Genbehandling – generel del

Indledning til afsnittet om rengøring og desinfektion er udvidet. Afsnittet om sterilisering er ændret og udvidet.



### Træningsprogrammer

Træningsprogrammer er nu påført estimeret tidsforbrug pr. program.



### Auditkoder

Auditkoder kan nu indtaste sit navn i forbindelse med auditering, det gør det lettere at administrere testene. Dette medfører også en ændret prispolitik gældende fra 2016.



### Nyt og effektivt ledelsværktøj - Statistikprogram

Værktøjet gør det muligt for ledelsen at se antal log-in, hvilke emner, der har været logget ind på, antal og type af udførte test samt opnåede resultater.

Eksempel:

Log in med den kode, som auditkoderne er koblet op på og klik på "statistik" i menuen.

Side et viser oversigt over antal log in på bruger- og auditniveau Brugerniveau viser her 684 log-in, 3.954 tests på legepladsen som er påbegyndt, 1.489 er fuldført, 0 viser at der ikke er udført auditkoder via brugerkoden og 1.325 er det antal lærebogssider, der har været logget ind på.

<a href="#">d_ous</a>	26.05.2015 10:45:54	1	2	2	2	0
<a href="#">n_ous</a>	06.08.2015 12:44:58	7	7	5	7	0
<a href="#">o_ous</a>	18.08.2015 12:50:48	7	1	0	1	0
<a href="#">ous, bruger</a>	30.08.2015 15:50:49	684	3954	1489	0	1325

Klikker man på linket [ous\\_bruger](#) får man yderligere detaljer: Afsnit der er læst i lærebogen, hvilken legeplads test der er taget og med hvilket

resultatet (OK/ikke OK)samt dato og tidspunkt. Se nedenfor.

3.5 Sterilisering	30.08.2015 12:55:26	-	-	-	Ja
3.5.1 Steriliseringsmetoder	30.08.2015 12:55:10	-	-	-	Ja
Øret	30.08.2015 12:52:31	Ja	Nej	OK	Nej
Øjet	30.08.2015 12:52:27	Nej	Nej	Ikke OK	Nej

Det er muligt at eksportere alle data over i et Excel ark for yderligere statistikbehandling.

På samme måde kan man få oplysninger om udførte audittest.

Statistikdelen på testområdet har fungeret siden ultimo juni og statistikdelen på lærebogen siden primo august. Det er med stor glæde at Do-Best forfatterne har kunnet konstatere at der på 3 måneder har været udført mere end 4.000 test på legepladsen, næsten 500 audittest og at der på bare en måned har været logget ind på mere end 3.000 lærebogssider.



### **Søgefunktion**

Som annonceret i særskilt nyhedsbrev er Do-Best programmet nu udstyret med et søgefelt, som gør det let at finde det ønskede emne.



### **Hvad kan du se frem til!**

Do-Best forfatterne forbereder en ny og mere logisk opdeling af det faglige stof og i den forbindelse et nyt forside layout.

Testspørgsmål til kapitlet i **Lager og Logistik delen** om Mikrobiologi og Infektionshygiejne.

Venlig hilsen  
Do-Best forfatterne  
Winnie Delfs og Pia Hilsberg